Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Rzeszowie

DTZ. 261.8 ZP.2019 Rzeszów, 2020-05-15

DO WYKONAWCÓW

dotyczy postępowania na: Dostawę odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych do wykonywania badań z zakresu diagnostyki krzepnięcia metodami krzepnięciowymi , chromogennymi oraz immunologicznymi wraz z dzierżawą i instalacją automatycznego analizatora na okres 36 m-cy.

W odpowiedzi na zapytania od Wykonawców , Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) udziela odpowiedzi :

Pytanie nr 1

Prosimy o rezygnację z zapisu dotyczącego liczenia z 1 ampułki każdego odczynnika 5 oznaczeń i pozostawienie samemu oferentowi prawidłowego wyliczenia ilości odczynników zgodnie ze specyfiką pracy laboratorium. Odczynniki są konfekcjonowane w różny sposób, wiele z nich jest wieloskładnikowych i trwałych długo bez mrożenia i z pewnością można z nich wykonać więcej niż tylko 5 oznaczeń.

Odpowiedź

Zamawiający odstępuje od zapisu w załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia o treści :

„Zaoferowana ilość odczynników ma uwzględniać proces wykonywania oznaczeń w laboratorium tzn. serie badań od 2 do 4 oznaczeń dziennie z dopuszczeniem jednego mrożenia odczynnika (jeśli producent dopuszcza taką ewentualność). Czyli z jednej ampułki trzeba liczyć max. 5 oznaczeń"

Pytanie nr 2

Czy oferowane odczynniki powinny być oryginalnymi odczynnikami producenta analizatora?

Odpowiedź

Tak, odczynniki muszą być oryginalnymi odczynnikami producenta analizatora.

Pytanie nr 3

Czy poprzez wewnętrzny czytnik kodów paskowych próbek badanych i odczynników Zamawiający rozumie w pełni automatyczny czytnik, nie wymagający manualnego , kolejnego skanowania każdego wkładanego na pokład materiału?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga aby analizator samodzielnie skanował kody kreskowe odczynników i próbek włożonych do analizatora bez udziału operatora.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
ul. Wierzbowa 14, 35-310 Rzeszów
tel. 17 867 20 30, fax 17 867 20 37
mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl
www.rckk.rzeszow.pl
NIP: 813-29-93-427
REGON: 000291115
KRS: 0000015488

Pytanie nr 4

Dotyczy Załącznika nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wymagania techniczno – funkcjonalne automatycznego analizatora do badań koagulologicznych – pkt. 1
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kontroli o stabilności 8 godzin na pokładzie urządzenia?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kontroli o stabilności 8 godz. na pokładzie analizatora.

Z up. Dyrektora
lek. med. Urszula Bzdek
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Rzeszowie