Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Rzeszowie

Rzeszów, 2020-06-25

Do Wykonawców

Dotyczy postępowania nr DTZ.261.11 ZP.2020 na : Zakup i dostawę fabrycznie nowych urządzeń medycznych tj. witryn chłodniczych oraz zamrażarki niskotemperaturowej .

W odpowiedzi na zapytania Wykonawców, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) udziela odpowiedzi :

Pytanie nr 1

ZADANIE NR 1- Zakup i dostawa witryn chłodniczych do przechowywania Koncentratów Krwinek Czerwonych w ilości 9 szt.

Czy Zamawiający może doprecyzować sformułowanie „witryny chłodnicze wykonane ze stali nierdzewnej"? Czy oznacza to, że Zamawiający oczekuje dostarczenia urządzeń z wnętrzem oraz obudową zewnętrzną wykonanymi z takiego materiału?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń, których ***wnętrze będzie wykonane ze stali nierdzewnej,*** część zewnętrzna łatwa do utrzymania w czystości.

Pytanie nr 2

ZADANIE NR 1 -Zakup i dostawa witryn chłodniczych do przechowywania Koncentratów Krwinek Czerwonych w ilości 9 szt.

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie z 6 wysuwanymi szufladami ze stali nierdzewnej wyposażonymi w przezroczysty panel przedni oraz perforację dna zapewniającą wymagany w przechowywaniu krwi, swobodny przepływ powietrza wokół worków?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

ZADANIE NR 2 Zakup i dostawa zamrażarki niskotemperaturowej do przechowywania Koncentratów Krwinek Płytkowych

Czy Zamawiający może doprecyzować sformułowanie „zamrażarka wykonana ze stali nierdzewnej"? Czy oznacza to, że Zamawiający oczekuje dostarczenia urządzeń z wnętrzem oraz obudową zewnętrzną wykonanymi z takiego materiału?

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
ul. Wierzbowa 14, 35-310 Rzeszów
tel. 17 867 20 30, fax 17 867 20 37
mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl
www.rckk.rzeszow.pl
NIP: 813-29-93-427
REGON: 000291115
KRS: 0000015488

Odpowiedź

Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia, którego ***wnętrze będzie wykonane ze stali nierdzewnej,*** część zewnętrzna łatwa do utrzymania w czystości.

Pytanie nr 4

Zadanie nr 1 - Zakup i dostaw witryn chłodniczych do przechowywania KKC w ilości 9 szt.

Czy Zamawiający dopuści witrynę chłodniczą o pojemności 750dm3?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę .

Pytanie nr 5

Czy ze stali nierdzewnej ma być wykonane zarówno wnętrze jak i korpus zewnętrzny?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń, których ***wnętrze będzie wykonane ze stali nierdzewnej,*** część zewnętrzna łatwa do utrzymania w czystości.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wymaga, by witryna chłodnicza była zarejestrowana/wpisana do wykazu wyrobów medycznych i tym samym objęta 8% stawką VAT?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie nr 7

Pakiet 2

Magnetyczny system zamykania drzwi dotyczy drzwi zewnętrznych, prosimy o odstąpienie od tego wymogu dla drzwi wewnętrznych.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga magnetycznego lub mechanicznego lub innego sytemu zamknięcia drzwi wewnętrznych zabezpieczającego przed ewentualnym otwarciem/odskoczeniem drzwi.

Pytanie nr 8

Pyt. 2

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie zamrażarki z dwoma drzwiami wewnętrznymi.

Zamrażarka jaką chcemy zaproponować posiada czas schładzania do temperatury od temperatury pokojowej +20^{0}C do temperatury -86^{0}C nie dłuższy niż 4 godz. Dodatkowo każdy wyprodukowany model zamrażarki posiada dokumentację IQ, OQ, PQ, PQ test.

Dokumentacja- IQ, OQ, PQ, PQ TEST wykonywana dla każdego modelu zgodnie z numerami seryjnymi produktu i dostarczana z urządzeniem.

PQ Test jest Certyfikatem potwierdzającym czas potrzebny do osiągnięcia zadanej temperatury, test stabilności temperatury w zamrażarce oraz test wzrostu temperatury po odcięciu źródła zasilania.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
ul. Wierzbowa 14, 35-310 Rzeszów
tel. 17 867 20 30, fax 17 867 20 37
mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl
www.rckk.rzeszow.pl
NIP: 813-29-93-427
REGON: 000291115
KRS: 0000015488

Jeśli Zamawiający nie dopuszcza proszę proponowanego rozwiązania, proszę a argumentację.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę .

Zamawiający wymaga aby urządzenie przy pełnym załadunku mrożonymi składnikami krwi (MKKP), stale utrzymywało temperaturę przechowywania w zakresie od -80 do -86 ^{0} C.

Pytanie nr 9

Pyt. 3

Czy pojemność brutto 648L będzie wystarczająca dla wymagań Zamawiającego?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10

Zadanie 1:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 597 litrów ?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11

Zadanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem temperatury 0'C do 16'C ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga aby urządzenie przy pełnym załadunku składnikami krwi (KKCz) stale utrzymywało temperaturę przechowywania w zakresie +2 do +6 ^{0}C.

Pytanie nr 12

Zadanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści witryny chłodnicze z wnętrzem wykonanym ze stali chromoniklowej oraz obudową zewnętrzną w kolorze białym malowaną farbą epoksydową ?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13

Zadanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenia nie będące wyrobem medycznym ?

Odpowiedź

Nie.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
ul. Wierzbowa 14, 35-310 Rzeszów
tel. 17 867 20 30, fax 17 867 20 37
mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl
www.rckk.rzeszow.pl
NIP: 813-29-93-427
REGON: 000291115
KRS: 0000015488

Pytanie nr 14

Zadanie 2:

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z zakresem temp. -50'C do -86'C i regulacją temp. co 1'C (regulacja temperatury co 0,1'C nie dotyczy zamrażarek niskotemperaturowych ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga aby urządzenie przy pełnym załadunku mrożonymi składnikami krwi (MKKP), stale utrzymywało temperaturę przechowywania w zakresie od -80 do -86 ^{0} C.

Pytanie nr 15

Zadanie 2:

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z wnętrzem wykonanym ze stali pokrytej materiałem utrudniającym przymarzanie oraz zarysowanie w kolorze białym oraz obudową zewnętrzną w kolorze szarym malowaną farbą chemoodporną epoksydową ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń, których ***wnętrze będzie wykonane ze stali nierdzewnej,*** część zewnętrzna łatwa do utrzymania w czystości.

DYREKTOR
Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Rzeszowie

dr n. o zdr. Ewa Zawilińska

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
ul. Wierzbowa 14, 35-310 Rzeszów
tel. 17 867 20 30, fax 17 867 20 37
mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl
www.rckk.rzeszow.pl
NIP: 813-29-93-427
REGON: 000291115
KRS: 0000015488

242