Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Rzeszowie

Rzeszów, 2020-06-24

Do Wykonawców

Dotyczy postępowania nr DTZ.261.11 ZP.2020 na : Zakup i dostawę fabrycznie nowych urządzeń medycznych tj. witryn chłodniczych oraz zamrażarki niskotemperaturowej .

W odpowiedzi na zapytania Wykonawców, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) udziela odpowiedzi :

Pytanie nr 1

1.Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z zakresem temperatury od -55°C do -86°C? W przypadku urządzeń pracujących w wyższych temperaturach następuje znacznie szybsze zużywanie się kompresorów obecnych w zamrażarce i ich większą awaryjność. Jeśli Zamawiający nie będzie pracował w zakresie temperatury od -40 do -55°C i nie dopuszcza proponowanego przez nas urządzenia, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga aby urządzenie przy pełnym załadunku mrożonymi składnikami krwi (MKKP), stale utrzymywało temperaturę przechowywania w zakresie od -80 do -86 ^{0} C.

Pytanie nr 2

2. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o pojemności 830 L?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3

3. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z mechanicznym systemem zamykania drzwi wewnętrznych, bez systemu magnetycznego? Taki system pozwala na dokładniejszy docisk drzwi. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4

Czy dopuszczą Państwo zamrażarkę o pojemności 650 l?

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
ul. Wierzbowa 14, 35-310 Rzeszów
tel. 17 867 20 30, fax 17 867 20 37
mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl
www.rckk.rzeszow.pl
NIP: 813-29-93-427
REGON: 000291115
KRS: 0000015488

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie nr 5

Czy dopuszczą Państwo zamrażarkę o pojemności 770 l?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6

Dotyczy zadania nr 1.

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenia chłodnicze o pojemności 620 litrów?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7

Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o pojemności 710 litrów?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8

Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie, którego zakres temperatur pracy wynosi -50°C do – 86°C?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga aby urządzenie przy pełnym załadunku mrożonymi składnikami krwi (MKKP), stale utrzymywało temperaturę przechowywania w zakresie od -80 do -86 ^{0} C.

Pytanie nr 9

Pytanie pakiet 1 – witryny chłodnicze.
1.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wykonanie kwalifikacji urządzeń w postaci kwalifikacji IQ i OQ, bez wykonania kwalifikacji PQ – procesowej, którą to kwalifikację wykonuję się przy pełnym wkładzie urządzenia co zważywszy na przeznaczenie urządzenia, przechowywanie koncentratów krwinek czerwonych, może spowodować komplikację w pracy poszczególnych działów RCKiK. Z naszego doświadczenia wynika, iż Stacje Krwiodawstwa kwalifikację procesową wykonują we własnym zakresie.

Odpowiedź

Zamawiający, wyraża zgodę na wykonanie walidacji obejmującej kwalifikację instalacyjną (IQ) , operacyjną (OQ) oraz mapowanie rozkładu temperatury w urządzeniu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Kwalifikację procesową Zamawiający wykona we własnym zakresie.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
ul. Wierzbowa 14, 35-310 Rzeszów
tel. 17 867 20 30, fax 17 867 20 37
mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl
www.rckk.rzeszow.pl
NIP: 813-29-93-427
REGON: 000291115
KRS: 0000015488

Pytanie nr 10

Pytanie pakiet 2- zamrażarka niskotemperaturowa

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zamrażarkę o pojemności 600 l i pozostałych parametrach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia?

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wykonanie kwalifikacji urządzeń w postaci kwalifikacji IQ i OQ, bez wykonania kwalifikacji PQ – procesowej, którą to kwalifikację wykonuję się przy pełnym wkładzie urządzenia co zważywszy na przeznaczenie urządzenia, może spowodować komplikację w pracy działu RCKiK dla którego przeznaczona jest zamrażarka. Z naszego doświadczenia wynika, iż Stacje Krwiodawstwa kwalifikację procesową wykonują we własnym zakresie

Odpowiedź

Ad. 1. Zamawiający nie wyraża zgody .

Ad. 2. Zamawiający, wyraża zgodę na wykonanie walidacji obejmującej kwalifikację instalacyjną (IQ) , operacyjną (OQ) oraz mapowanie rozkładu temperatury w urządzeniu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Kwalifikację procesową Zamawiający wykona we własnym zakresie.

DYREKTOR
Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Rzeszowie

dr n. o zdr. Ewa Zawilińska

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
ul. Wierzbowa 14, 35-310 Rzeszów
tel. 17 867 20 30, fax 17 867 20 37
mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl
www.rckk.rzeszow.pl
NIP: 813-29-93-427
REGON: 000291115
KRS: 0000015488

742