Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

Rzeszów, 2020-11-24

Do Wykonawców

Dotyczy postępowania na: Dostawę urządzenia do inaktywacji czynników zakaźnych w osoczu uzyskanym z krwi pełnej wraz z kompatybilnymi zestawami oraz dostawę zestawów do inaktywacji czynników zakaźnych w osoczu uzyskanym z krwi pełnej wraz z dzierżawą urządzenia niezbędnego do prawidłowego wykonania procedury inaktywacji czynników zakaźnych na okres 12 m-cy,
Nr postępowania: DTZ. 261.18 ZP.2020

W odpowiedzi na zapytania od Wykonawców, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) udziela odpowiedzi:

Pytanie 1
Dot. Pkt. XIII Kryteria wyboru oferty, pkt. 1, 2)
Zamawiający określił dla zadania nr 2, kryterium oceny „Okres gwarancji na urządzenia". Jest to pakiet, w którym urządzenie ma zostać oddane Zamawiającemu w dzierżawę na okres 12 miesięcy, a co za tym idzie wszystkie przeglądy techniczne i serwis pozostają w gestii Wykonawcy, wydłużona gwarancja w tym przypadku wydaje się więc być bezzasadna. W związku z powyższym wnosimy o zmianę kryteriów oceny dla zadania nr 2.

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał zmian w SIWZ w dniu 23.11.2020r. dotyczące kryteriów oceny ofert. Powyższe zmiany zostały zamieszczone na stronie internetowej https://www.rckk.rzeszow.pl/o-nas/zamowienia-publiczne--aktualne.

Pytanie 2
Dot. Zał. nr 1 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Zadanie 2, pkt. I, 1)
Czy Zamawiający dopuści, w ramach dzierżawy, urządzenie do inaktywacji wyprodukowane w 2014 roku, po przeglądzie serwisowym i kalibracji źródeł światła wykonanych w marcu 2020 roku?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuści, w ramach dzierżawy, urządzenie do inaktywacji wyprodukowane w 2014 roku, po przeglądzie serwisowym i kalibracji źródeł światła wykonanych w marcu 2020 roku.

Pytanie 3
Dot. Zał. nr 1 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Zadanie 1 i 2, pkt. I, 10)
Czy Zamawiający zaakceptuje metodę inaktywacji, w której proces naświetlania wynosi ok. 13-15 min dla dwóch jednostek osocza w jednym cyklu?

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
ul. Wierzbowa 14, 35-310 Rzeszów
tel. 17 867 20 30, fax 17 867 20 37
mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl
www.rckk.rzeszow.pl
NIP: 813-29-93-427
REGON: 000291115
KRS: 0000015488

Odpowiedź:
Zamawiający zaakceptuje metodę inaktywacji, w której proces naświetlania wynosi ok. 13-15 min dla dwóch jednostek osocza w jednym cyklu.

Pytanie 4
Dot. Zał. nr 1 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Zadanie 1 i 2, pkt. I, 11)
Czy Zamawiający zaakceptuje metodę, w której urządzenie do naświetlania ma zewnętrzne wymiary 68cm(Gł.)x47cm(Szer.)x44cm(Wys.)?

Odpowiedź:
Zamawiający zaakceptuje metodę, w której urządzenie do naświetlania ma zewnętrzne wymiary 68cm(Gł.)x47cm(Szer.)x44cm(Wys.).

Pytanie 5
Czy Zamawiający wymaga, by osocze otrzymane po procesie inaktywacji było osoczem ubogo-komórkowym/bezkomórkowym?

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, by osocze otrzymane po procesie inaktywacji było osoczem ubogokomórkowym.

Pytanie 6
Czy Zamawiający wymaga, by oferowane zestawy do inaktywacji posiadały wbudowany filtr anty-leukocytarny?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga, by oferowane zestawy do inaktywacji posiadały wbudowany filtr antyleukocytarny.

Pytanie 7
Czy Zamawiający wymaga, by oferowane zestawy do inaktywacji posiadały wbudowany filtr do odfiltrowywania foto-uczulacza i/lub jego metabolitów?

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, by oferowane zestawy do inaktywacji posiadały wbudowany filtr do odfiltrowywania foto-uczulacza i/lub jego metabolitów.

DYREKTOR
Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Rzeszowie

dr n. o zdr. Ewa Zawilińska

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
ul. Wierzbowa 14, 35-310 Rzeszów
tel. 17 867 20 30, fax 17 867 20 37
mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl
www.rckk.rzeszow.pl
NIP: 813-29-93-427
REGON: 000291115
KRS: 0000015488