Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Rzeszowie

Rzeszów, 2020-06-26

Do Wykonawców

Dotyczy postępowania nr DTZ.261.11 ZP.2020 na : Zakup i dostawę fabrycznie nowych urządzeń medycznych tj. witryn chłodniczych oraz zamrażarki niskotemperaturowej .

W odpowiedzi na zapytania Wykonawców, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) udziela odpowiedzi :

Pytanie nr 1

Dotyczy: Zadanie nr 2

Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z zakresem temperatur -60 ° C / -86 ° C?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga, aby urządzenie przy pełnym załadunku mrożonymi składnikami krwi (KKP), stale utrzymywało temperaturę przechowywania w zakresie -80 do -86°C.

Pytanie nr 2

Dotyczy: Zadanie nr 2

Poz. 7 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu możliwości zainstalowania czujnika Tekom?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga, aby zamrażarka posiadała tzw. otwór serwisowy umożliwiający doprowadzenie z zewnątrz przewodów z czujnikami temperatur do systemu centralnego monitoringu temperatur, przy czym Zamawiający sam zainstaluje czujniki temperatur do systemu monitoringu temperatur.

Pytanie nr 3

Dotyczy: Zadanie nr 2

Poz. 6. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością regulacji temperatury co 0.5 ° C?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4

Dotyczy: Zadanie nr 2

Poz. 8 Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę zaopatrzoną w 2 niezależne drzwi wewnętrzne?

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
ul. Wierzbowa 14, 35-310 Rzeszów
tel. 17 867 20 30, fax 17 867 20 37
mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl
www.rckk.rzeszow.pl
NIP: 813-29-93-427
REGON: 000291115
KRS: 0000015488

Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 5
Dotyczy: Zadanie nr 2
Poz. 15. Czy Zamawiający dopuści temperaturę otoczenia do +26 ° C?
Odpowiedź
Zamawiający wymaga temperatury otoczenia w zakresie od +18°C do + 25 °C, urządzenie nie może generować wyższej temp. otoczenia niż 25 °C ze względu na centralny monitoring temperatur.

Pytanie nr 6
Dotyczy Zadania nr 1.
Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o pojemności 625 l?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7
Dotyczy Zadania nr 1.
Prosimy o potwierdzenie, że ekologiczny czynnik chłodniczy oznacza czynnik chłodniczy o współczynniku GWP poniżej 2500.
Odpowiedź
Tak.

Pytanie nr 8
Dotyczy Zadania nr 1.
Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie posiadające oznakowanie CE, ale nie będące wyrobem medycznym?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9
dotyczy Zadania nr 2.
Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o pojemności 682 l?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10
dotyczy Zadania nr 2.
Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o zakresie nastawy temperatury od -50°C do -86°C? Taki zakres wydaje się wystarczający z uwagi na przeznaczenie urządzenia.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
ul. Wierzbowa 14, 35-310 Rzeszów
tel. 17 867 20 30, fax 17 867 20 37
mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl
www.rckk.rzeszow.pl
NIP: 813-29-93-427
REGON: 000291115
KRS: 0000015488

Odpowiedź

Zamawiający wymaga, aby urządzenie przy pełnym załadunku mrożonymi składnikami krwi (KKP), stale utrzymywało temperaturę przechowywania w zakresie -80 do -86°C.

Pytanie nr 11

dotyczy Zadania nr 2.

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie z możliwością regulacji temperatury co 1°C?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 12

dotyczy Zadania nr 2.

Czy Zamawiający zaakceptuje zamrażarkę wykonaną ze stali malowanej proszkowo, umożliwiającej utrzymanie urządzenia w należytej czystości?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń, których wnętrze będzie wykonane ze stali nierdzewnej, część zewnętrzna łatwa do utrzymania w czystości.

Pytanie nr 13

dotyczy Zadania nr 2.

Prosimy o potwierdzenie że ekologiczny czynnik chłodniczy oznacza czynnik chłodniczy o współczynniku GWP poniżej 2500.

Odpowiedź

Tak.

Pytanie nr 14

Dotyczy: Projekt umowy – Zadanie nr 1, Zadanie nr 2

Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu w § 7 ust.2:

„a/. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wys. 1 % wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki"

zapisem:

„a/. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wys. 0,5 % wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki"

Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu w § 7 ust.2:

„b/. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wys. 1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad."

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
ul. Wierzbowa 14, 35-310 Rzeszów
tel. 17 867 20 30, fax 17 867 20 37
mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl
www.rckk.rzeszow.pl
NIP: 813-29-93-427
REGON: 000291115
KRS: 0000015488

zapisem:

„b/. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wys. 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad."

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Z up. Dyrektora
lek. med. Urszula Bzdek
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
ul. Wierzbowa 14, 35-310 Rzeszów
tel. 17 867 20 30, fax 17 867 20 37
mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl
www.rckk.rzeszow.pl
NIP: 813-29-93-427
REGON: 000291115
KRS: 0000015488

742