Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Rzeszowie

Rzeszów, 2020-01-27

Do Wykonawców

Dotyczy postępowania DTZ.261.3 ZP.2020 na : Dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania badań hematologicznych (morfologia krwi z rozmazem automatycznym) w ilości 45 000 sztuk wraz z dzierżawą analizatora na okres 36 miesięcy.

W odpowiedzi na zapytania od Wykonawców , Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1
Dot. Załącznik nr 1 do SIWZ – pkt.1
Czy Zamawiający dopuści analizator hematologiczny nablatowy o wymiarach: szerokość – 49,9 cm/ szerokość – 86,4 cm/ głębokość – 76,8 cm?

Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę .

Pytanie nr 2
Dot. Załącznik nr 1 do SIWZ – pkt.4
Czy Zamawiający dopuści analizator hematologiczny, w którym minimalna liniowość dla wybranych parametrów wynosi:

WBC - 240 x 103 µl,
RBC - 7,5 x 106 µl,
HGB - 25 g/dl,
PLT - 3000 x 103 µ

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie nr 3
Dot. Załącznik nr 1 do SIWZ – pkt.2
Czy Zamawiający dopuści analizator hematologiczny oznaczający min. 22 parametry morfologii krwi obwodowej?

Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę .

Pytanie nr 4
Dot. Załącznik nr 1 do SIWZ – pkt.8

Czy Zamawiający dopuści analizator hematologiczny bez możliwości oznaczania w osobnym trybie próbek leukopenicznych?

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie nr 5
Dot. Załącznik nr 1 do SIWZ – pkt.10
Czy Zamawiający dopuści analizator hematologiczny umożliwiający podawanie manualne oraz automatyczne z próbki objętości dla systemu otwartego 150 ul, dla systemu zamkniętego 250 ul?

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie nr 6
Dot. Załącznik nr 1 do SIWZ – pkt.13
Czy Zamawiający dopuści analizator hematologiczny umożliwiający archiwizację 10000 wyników pacjentów z pełną grafiką oraz kontroli jakości?

Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę .

Pytanie nr 7
Dot. Załącznik nr 1 do SIWZ – pkt.17
Czy Zamawiający dopuści analizator hematologiczny posiadający automatyczne i ręczne procedury konserwacyjne?

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie nr 8
Dotyczy punkt 7 Formularz ofertowy oraz pkt. VII – Uwaga dla Zamawiającego:
Aparaty, będące własnością oferenta są ubezpieczone w ramach polisy OC i przy zdarzeniu szkodowym oferent może skorzystać ze swojego ubezpieczenia. Pragniemy jednak zauważyć, że naszemu Ubezpieczycielowi przysługuje prawo regresu do sprawcy szkody. Dlatego sugerujemy, aby Zamawiający posiadał również ubezpieczenie OC.

Odpowiedź
Zamawiający posiada stosowne ubezpieczenia w tym zakresie .

Pytanie nr 9
Dotyczy pkt. 3 par. 2 projektu umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na jednorazową dostawę np. wraz z umową certyfikatów, deklaracje zgodności.

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody .
Zamawiający dokonuje zmiany w treści wzoru umowy :
§ 2 ust . 3 otrzymuje brzmienie :

„Wykonawca do każdej dostawy załączy certyfikaty, deklaracje zgodności zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie . Dokumenty będą dostarczane drogą elektroniczną na adres e-mailowy Zamawiającego ……."

Pytanie nr 10
Dotyczy pkt. 2 a par. 6 projektu umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na:
„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wys. 1% wartości niezrealizowanej w terminie dostawy, a każdy dzień zwłoki"

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie nr 11
Dotyczy wzoru umowy – Załącznik nr 8 do SIWZ
§2 ust. 1:
Prosimy o wykreślenie zwrotu *„telefoniczną"* i usunięcie możliwości składania zamówień telefonicznie jako nieodpowiedniej formy, biorąc pod uwagę brak możliwości po stronie Wykonawcy weryfikacji osoby składającej tą reklamację.
Ewentualnie prosimy o uzupełnienie zapisu:
„Zamówienia złożone drogą telefoniczną zostaną niezwłocznie potwierdzone drogą elektroniczną".

Odpowiedź
Zamawiający dokonuje zmiany w treści wzoru umowy :
§ 2 ust . 1 otrzymuje brzmienie :

1.Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do magazynu Zamawiającego odczynniki, materiały zużywalne i eksploatacyjne w ilości oraz w terminie …… dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego drogą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy ……
Wykonawca zwrotnie potwierdzi przejęcie zamówienia oraz określi orientacyjną datę dostawy .

Pytanie nr 12
Dotyczy wzoru umowy – Załącznik nr 8 do SIWZ
§2 ust. 3:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby certyfikaty / deklaracje zgodności zostały dostarczone wraz z umową, a nie do każdej dostawy?
Ze względu na stosowaną przez Wykonawcę politykę bezpieczeństwa i ochronę danych ww. dokumenty są przygotowywane i wysyłane przez pracownika Wykonawcy w biurze, a sam przedmiot dostawy jest wysyłany do Zamawiającego z magazynu Wykonawcy, który znajduje się w innej

lokalizacji niż biuro. Nie istnieje zatem fizycznie możliwość by ww. dokumenty były dostarczane Zamawiającemu wraz z zamówionym i dostarczonym towarem.

Odpowiedź
Zamawiający dokonuje zmiany w treści wzoru umowy :
§ 2 ust . 3 otrzymuje brzmienie :

„Wykonawca do każdej dostawy załączy certyfikaty, deklaracje zgodności zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie . Dokumenty będą dostarczane drogą elektroniczną na adres e-mailowy Zamawiającego ……."

Pytanie nr 13
Dotyczy wzoru umowy – Załącznik nr 8 do SIWZ
§2 ust. 11, ust. 12, ust. 13:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie czasu reakcji serwisu poprzez dodanie zapisu *„w dni robocze"*?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie nr 14
Dotyczy wzoru umowy – Załącznik nr 8 do SIWZ
§5 ust. 3:
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zmiany umowy w poniższej sytuacji:
„Strony dopuszczają zmianę niniejszej umowy w zakresie zmiany stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto."

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie nr 15
Dotyczy wzoru umowy – Załącznik nr 8 do SIWZ
§6 ust. 2 lit. a) lit. c):
Prosimy o modyfikację ww. postanowień wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości **pozostałej do realizacji umowy,** nie zaś od kwoty brutto określonej w §3 ust. 1.
W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, odstąpienie do umowy może dotyczyć niewielkiej partii odczynników, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia brutto umowy na dostawę będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie nr 16
Dotyczy wzoru umowy – Załącznik nr 8 do SIWZ
§6 ust. 2 lit. b):
Prosimy o modyfikację ww. postanowień wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości **czynszu dzierżawnego,** nie zaś od kwoty brutto określonej w §3 ust. 1.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie nr 17
Dotyczy wzoru umowy – Załącznik nr 8 do SIWZ
§7 ust. 1:
Uprzejmie prosimy o rozszerzenie katalogu przetwarzanych danych osobowych. W rzeczywistości dzierżawiony analizator gromadzi dane zwykłe oraz dane szczególne: imion i nazwisk, adresu zamieszkania, daty urodzenia, nr PESEL, wyników badań, imienia i nazwiska lekarza zlecającego badanie.

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę
Zamawiający dokonuje zmiany w treści wzoru umowy :

§7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania takich obowiązków, Zamawiający będący Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1); dalej: „RODO") powierza Wykonawcy przetwarzanie następujące rodzaje Danych Osobowych m.in. takie jak, imię i nazwisko dane adresowe, dane kontaktowe, daty urodzenia , numery identyfikacyjne dawców i osób fizycznych -PESEL, wyniki badań, imiona i nazwiska lekarzy zlecających badania.

Pytanie nr 18
Dotyczy Załącznik nr 1 pkt 8: Czy Zamawiający potwierdza, że objętość aspirowanej próbki przez analizator musi wynosić nie więcej niż 30 ul w trybie krwi pełnej?

Odpowiedź
Tak, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 19
Dotyczy Załącznik nr 1 pkt 11: Czy Zamawiający potwierdza, że wymóg oznaczania hemoglobiny w osobnym kanale ma minimalizować interferencje ze strony wysokiego WBC?

Odpowiedź
Tak, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 20

Dotyczy Załącznik nr 1 pkt 20: Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z analizatorem drukarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi zamawianymi wg potrzeb Zamawiającego do wydruku wyników badań. Prosimy o doprecyzowanie, czy materiały te mają być dostarczane nieodpłatnie? Na jaką ilość wydruków? Jakie dokładnie materiały (tonery, papier, bębny)?
Jeśli Zamawiający planuje kupować materiały eksploatacyjne do drukarki prosimy o informację jakie to mają być materiały i w jakiej formie należy przedstawić w ofercie ich ceny (czy w osobnej tabeli)?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z analizatorem drukarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi do wydrukowania 45 000 szt. wyników .

Pytanie nr 21

Dotyczy Załącznik nr 1 pkt 20: Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z analizatorem innych niezbędnych urządzeń do wykonywania badań. Czy Zamawiający może doprecyzować o jakie urządzenia chodzi? Czy Zamawiający w tym punkcie wymaga dostarczenia odpowiedniego wyposażenia analizatora w postaci: czytników kodów kreskowych, UPS-a, czytnika płyt CD, które umożliwiają prawidłową pracę analizatora?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ - Załącznik nr 1 pkt 20

Pytanie nr 22

Dotyczy Załącznik nr 1 pkt 21: Czy Zamawiający potwierdza, że w tym punkcie wymaga, aby komputer wewnętrzny sterujący pracą analizatora posiadał możliwość komunikacji z systemem informatycznym Bank Krwi?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ - *Załącznik nr 1 pkt 21*

Pytanie nr 23

Dotyczy Załącznik nr 1- wymagania pod tabelą parametrów granicznych VIII: Zamawiający wymaga realizacji dostaw w terminie do 5 dni od daty zamówienia. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby ten punkt nie dotyczył krwi kontrolnej, której dostawy będą realizowane na podstawie zamówień, ale dostarczenie w terminach zgodnych z harmonogramem dostaw.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający wyraża zgodę aby krew kontrolna była dostarczania w terminach zgodnych z harmonogramem dostaw przedstawionym przez Wykonawcę, uwzględniając terminy ważności krwi kontrolnej , aby zapewnić ciągłość pracy laboratorium.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany analizator hematologiczny rozdzielał leukocyty na 5 populacji w oparciu o technologię fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z laserem półprzewodnikowym?

Odpowiedź

Tak Zamawiający wymaga aby zaoferowany analizator hematologiczny rozdzielał leukocyty na 5 populacji w oparciu o technologię fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z laserem półprzewodnikowym.

Z up. Dyrektora
lek. med. Urszula Bzdek
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Rzeszowie